

SC TIS FARMACEUTIC SA
Str. Industriilor nr. 16., Sector 3, București
Tel/Fax 021-256.30.88
e-mail: calitate@tisfarmaceutic.ro

DEPARTAMENTUL CONTROLUL CALITĂȚII
Laborator control fizico-chimic

CERTIFICAT DE ANALIZĂ nr. 63 FC 01 11 2022

Denumirea produsului:	APĂ OXIGENATĂ 3%
Seria:	962011122
Data fabricației:	01 11 2022
Expiră:	10 2024

Caracteristici	Condiții de admisibilitate	Rezultate
Aspect	Soluție limpede	Conform
Culoare	Incoloră	Conform
Gust	Fără gust	Conform
Miros	Fără miros	Conform
Conținut în peroxid de hidrogen, % (m/V)	2,8500 - 3,1500	3,0157
Aciditate	Conform prevederilor	Pozitiv
Identificare	Conform prevederilor	Pozitiv
Volumul total pe flacon, mL	Min. 1000,00	1000,17

Rezoluție: Proba analizată corespunde prevederilor S.T. 70/2009 C, rev. 3.

Analiză efectuată de:

Șef Departament Controlul Calității

Chimist



Chimist Dan Stamate



F-PSO-CC-FC-017-05/ Rev.0